

	<i>ESPECTROFOTOMETRO (SYNERGY 4)</i>	Pag. 1 de

#### FUNCIONAMIENTO:

Existe una hoja informativa situada encima del aparato con las normas basicas para el uso del espectrofotometro.

Para cualquier otra duda sobre el funcionamiento del aparato o del software, acudir a los manuales proporcionados por la compañía, los cuales se encuentran en el armario de debajo del aparato.

#### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

Cada usuario será responsable de limpiar el aparato cada vez que haga uso de él. Esta limpieza consistirá en la retirada y eliminacion de cualquier tipo de residuo que haya podido quedar en el aparato o sus inmediaciones, siguiendo los procedimientos de actuacion correspondientes al producto/material/reactivo que haya utilizado.

#### MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Existe una sección referente a este apartado “Preventive Maintenance” en el capitulo 5 de manual de intrucciones que se encuentra situado en el armario de debajo del aparato. En caso de duda se debera poner en contacto con el fabricante: [TAC@biotek.com](mailto:TAC@biotek.com)

#### MODO DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE COMÚN

Ante un accidente común seguir el protocolo establecido que se encuentra situado encima del espectrofotometro.